

## Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

**Beliehene gemäß § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV**  
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen  
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

# Akkreditierung



Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestätigt hiermit, dass das Kalibrierlaboratorium

**Günther GmbH Temperaturmesstechnik**  
**Bauhofstraße 12, 90571 Schwaig**

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 besitzt, Kalibrierungen in folgenden  
Bereichen durchzuführen:

### **Thermodynamische Messgrößen**

#### **Temperaturmessgrößen**

- **Widerstandsthermometer**
- **Thermopaare, Thermoelemente**

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 09.04.2014 mit der  
Akkreditierungsnummer D-K-15220-01 und ist gültig bis 08.04.2019. Sie besteht aus diesem Deckblatt,  
der Rückseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 2 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: **D-K-15220-01-00**

Braunschweig, 09.04.2014

  
im Auftrag  
Dr. Michael Wolf  
Abteilungsleiter

# Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin  
Spittelmarkt 10  
10117 Berlin

Standort Frankfurt am Main  
Gartenstraße 6  
60594 Frankfurt am Main

Standort Braunschweig  
Bundesallee 100  
38116 Braunschweig

Die auszugsweise Veröffentlichung der Akkreditierungsurkunde bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkKS). Ausgenommen davon ist die separate Weiterverbreitung des Deckblattes durch die umseitig genannte Konformitätsbewertungsstelle in unveränderter Form.

Es darf nicht der Anschein erweckt werden, dass sich die Akkreditierung auch auf Bereiche erstreckt, die über den durch die DAkKS bestätigten Akkreditierungsbereich hinausgehen.

Die Akkreditierung erfolgte gemäß des Gesetzes über die Akkreditierungsstelle (AkkStelleG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2625) sowie der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten (Abl. L 218 vom 9. Juli 2008, S. 30). Die DAkKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Die Unterzeichner dieser Abkommen erkennen ihre Akkreditierungen gegenseitig an.

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:

EA: [www.european-accreditation.org](http://www.european-accreditation.org)

ILAC: [www.ilac.org](http://www.ilac.org)

IAF: [www.iaf.nu](http://www.iaf.nu)

## Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

### Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15220-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Gültigkeitsdauer: 09.04.2014 bis 08.04.2019      Ausstellungsdatum: 09.04.2014

Urkundeninhaber:

**Günther GmbH Temperaturmesstechnik**  
**Bauhofstraße 12, 90571 Schwaig**

Leiter:	Dipl.-Ing. (FH) Hans Brendel
Stellvertreter:	Dipl.-Ing. (FH) Markus Hauenstein Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Oelmayer

Akkreditiert als Kalibrierlabor seit: 09.04.2014

Kalibrierungen in den Bereichen:

**Thermodynamische Messgrößen**  
**Temperaturmessgrößen**  
– **Widerstandsthermometer**  
– **Thermopaare, Thermoelemente**

verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite

**Permanentes Laboratorium**

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	kleinste angebbare Messunsicherheit <sup>1)</sup>	Bemerkungen
Temperatur Widerstands- thermometer	-20 °C bis 100 °C	in thermostatisierten Flüssigkeitsbädern DAkKS-DKD-R 5-1:2010	0,1 K	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometern
	-20 °C bis 200 °C	im Temperatur- blockkalibrator DAkKS-DKD-R 5-1:2010	0,3 K	
	> 200 °C bis 600 °C		1,0 K	
Edelmetall- Thermoelemente	-20 °C bis 100 °C	in thermostatisierten Flüssigkeitsbädern DAkKS-DKD-R 5-3:2010	0,7 K	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometern
	-20 °C bis 500 °C	im Temperatur- blockkalibrator DAkKS-DKD-R 5-3:2010	1,5 K	
	200 °C bis 600 °C	im Rohrfofen DAkKS-DKD-R 5-3:2010	1,5 K	Vergleich mit Normal- thermoelementen
Nichtedelmetall- Thermoelemente	-20 °C bis 100 °C	in thermostatisierten Flüssigkeitsbädern DAkKS-DKD-R 5-3:2010	0,7 K	Vergleich mit Normalwiderstands- thermometern
	-20 °C bis 500 °C	im Temperatur- blockkalibrator DAkKS-DKD-R 5-3:2010	1,5 K	
	200 °C bis 600 °C	im Rohrfofen DAkKS-DKD-R 5-3:2010	1,5 K	Vergleich mit Normal- thermoelementen

**verwendete Abkürzungen:**

DAkKS-DKD-R      Kalibrierrichtlinie der Deutschen Akkreditierungsstelle ehemals des Deutschen Kalibrierdienstes

<sup>1)</sup> Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DAkKS-DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor  $k = 2$ . Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.